

Kúpna zmluva č. Z20156007_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Trnava
Sídlo: A. Žarnova 11, 91775 Trnava, Slovenská republika
IČO: 00610381
DIČ: 2021191084
IČ DPH: SK 2021191084
Číslo účtu: SK 548180000007000281238
Tel: 421 335938149

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: B.Braun Medical s.r.o.
Sídlo: Hlučinska 3, 83103 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31350780
DIČ: 2020297609
IČ DPH: SK2020297609
Číslo účtu: SK4111110000001216579001
Tel: +421263838920

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: MATERIÁL PRE PODÁVANIE INFÚZIE
Kľúčové slová: Infúzna súprava pre tlakové a gravitačné podanie bez DEHP 150cm, Infúzna súprava s otočným regulátorom pre presné podávanie 150cm bez DEHP, Infúzna súprava bez DEHP pre použitie s infúznou technikou 250cm, Bezihlový vstup, Aspiračný trň zelený, aspiračný trň zelený s bezihlovým vstupom, 50ml striekačka pre použitie s infúznou technikou, Intravenózna kanyla bez portu žltá
CPV: 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 33141240-4 - Príslušenstvo ku katétrom; 33141626-4 - Dávkovacie súpravy; 33194000-6 - Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu; 33194120-3 - Potreby na infúzie; 33141220-8 - Kanyly
Druh/y: Tovar; Služba
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Príprava, podávanie liečiv a infúzných roztokov
- Zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie infúzií, liekov
- POLOŽKA č. 1. Infúzna súprava na gravitačné a tlakové podávanie bez obsahu DEHP 150cm
- POLOŽKA č. 2. Infúzna súprava s otočným regulátorom s prednastavenými prietokmi na presné podávanie roztokov a liečiv bez obsahu DEHP 150cm
- POLOŽKA č.3 Infúzna súprava bez DEHP pre použitie s infúznou technikou 250cm
- POLOŽKA č.4 Bezihlový vstup
- POLOŽKA č.5 Aspiračný trň zelený
- POLOŽKA č.6 Aspiračný trň s bezihlovým vstupom zelený
- POLOŽKA č.7 50ml striekačka pre použitie s infúznou technikou

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. dĺžka súpravy	cm			150
1. Partikulárny kvapalinový filter	µm			15
1. Vzduchový filter	µm			0,2
1. Vnútorný priemer hadičky	mm			3
1. Vonkajší priemer hadičky	mm			4,1
1. tlaková odolnosť súpravy	bar			2
2. Dĺžka súpravy	cm			150
2. Partikulárny kvapalinový filter	µm			15
2. Partikulárny kvapalinový filter	µm			0,2
2. Vnútorný priemer hadičky	mm			3
2. Vonkajší priemer hadičky	mm			4,1
2. Nastavenie rychlosti	ml/h			0
2. Nastavenie rychlosti	ml/h			10
2. Nastavenie rychlosti	ml/h			20
2. Nastavenie rychlosti	ml/h			30
2. Nastavenie rychlosti	ml/h			50
2. Nastavenie rychlosti	ml/h			70
2. Nastavenie rychlosti	ml/h			100
2. Nastavenie rychlosti	ml/h			160
2. Nastavenie rychlosti	ml/h			200
2. Nastavenie rychlosti	ml/h			270
2. Nastavenie rychlosti	ml/h			max
3. Celková dĺžka súpravy	cm			250
3. Partikulárny kvapalinový filter	µm			15
3. Vzduchový filter	µm			0,2
3. Vnútorný priemer hadičky	mm			3
3. Vonkajší priemer hadičky	mm			4,1
3. Dĺžka súpravy od pumpy po patientský Luer Lock konektor	cm			145
4. Maximálny prietok	ml/min			360
4. Maximálny tlak	psi			300
4. Plniaci objem	ml			0,09
4. Maximálny počet aktivácií, vstupov	počet			200
5. Vzduchový filter	µm			0,45
5. Farebné značenie	farba			Zelená
6. Vzduchový filter	µm			0,45
6. Plniaci Objem	ml			0,705
6. Reziduálny objem	ml			0,45
6. Prietok	ml/sec			5

6. Tesnosť ventilu	bar			2
6. Farebné značenie ventilu	farba			Zelená
7. Objem striekačky	ml			50
7. Značenie stupnice	ml			1
7. Umiestnenie Luer Lock konektoru	umiestnenie			Centricky
8. Dĺžka kanyly	mm			19
8. Priemer kanyly	mm			0,7
8. Prietok kanylou	ml/min			22
8. RTG kontrastné pruhy v kapiláre kanyly	ks			4
8. Farebné značenie	farba			Žltá
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
1.Určené na aplikáciu infúzných a injekčných roztokov do cievneho systému z fliaš alebo vakov	Áno			
1.Apyrogénne, sterilné, určené k jednorazovému použitiu	Áno			
1.Určené pre gravitačné a pretlakové podávanie	Áno			
1.Bez obsahu DEHP.	Áno			
1.Bez obsahu Latexu	Áno			
1.Kvapková komôrka bez obsahu PVC	Áno			
1.Bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy	Áno			
1. Regulátor prietoku s kolieskom	Áno			
1.Na regulátore prietoku konektor na uchytenie konca hadičky infúznej súpravy	Áno			
1.V regulátore prietoku kryt na zasunutie trňa infúznej súpravy po jej použití	Áno			
1.Pripojovací konektor LUER LOCK	Áno			
1.Dostatočne ostrý prepichovací trň umožňujúci ľahké pripojenie inf. fľaše alebo vaku	Áno			
1.Sterilne jednotlivo balené	Áno			
1.Balenie 100ks	Áno			
2.Určené na presnú aplikáciu infúzných a injekčných roztokov do cievneho systému z fliaš alebo vakov.	Áno			
2.Apyrogénne, sterilné, určené k jednorazovému použitiu	Áno			
2.Určené pre gravitačné podávanie	Áno			
2.Bez obsahu DEHP.	Áno			
2.Bez obsahu Latexu	Áno			
2.Otočný regulátor prietoku s označením prednastavených rýchlostí v ml/h (0, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 160, 200, 270, max)	Áno			
2.Posuvná bezpečnostná svorka na hadičke na krátkodobé uzatvorenie prietoku	Áno			
2. Pripojovací konektor LUER LOCK	Áno			
2.Dostatočne ostrý prepichovací trň umožňujúci ľahké pripojenie infúznej fľaše alebo vaku	Áno			
2.Sterilne jednotlivo balené	Áno			
2. Balenie 100ks	Áno			
3. Určené na aplikáciu infúzných a injekčných roztokov do cievneho systému z fliaš alebo vakov	Áno			
3. Kompatibilné s infúznou technikou - Infusomat FMS, Infusomat Space	Áno			

3. Apyrogénne, sterilné, určené k jednorazovému použitiu	Áno
3. Určené pre pretlakové podávanie infúznou technikou	Áno
3. Bez obsahu DEHP	Áno
3. Bez obsahu Latexu	Áno
3. Kvapková komôrka bez obsahu PVC	Áno
3. Bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy	Áno
3. Regulátor prietoku s kolieskom	Áno
3. Na regulátore prietoku konektor na uchytenie konca hadičky infúznej súpravy	Áno
3. V regulátore prietoku kryt na zasunutie trňa infúznej súpravy po jej použití	Áno
3. Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku	Áno
3. Pripojovací konektor LUER LOCK	Áno
3. Dostatočne ostrý prepichovací trň umožňujúci ľahké pripojenie inf. fľaše alebo vaku	Áno
3. Sterilne jednotlivo balené	Áno
3. Balenie 100ks	Áno
4. Luer Lock konektor	Áno
4. Bez latexu, bez DEHP	Áno
4. Sterilne balené	Áno
4. Balenie 50ks	Áno
5. Tenký ostrý trň na ľahké preniknutie do infúznej fľaše	Áno
5. Bakteriálny vzduchový filter na vyrovnávanie pretlaku a podtlaku chránený pred kontamináciou dotykom rúk personálu	Áno
5. Ergonomický uzáver aspiračného kanálu trňa s zabraňujúci bakteriálnej kontaminácii LL konektora aspiračného trňa rukami personálu	Áno
5. Luer Lock konektor	Áno
5. Bez latexu, PVC, bez DEHP	Áno
5. Sterilne jednotlivo balený	Áno
5. Balenie 50ks	Áno
6. Tenký ostrý trň na ľahké preniknutie do infúznej fľaše	Áno
6. Bakteriálny vzduchový filter na vyrovnávanie pretlaku a podtlaku	Áno
6. Bezihlový vstup na tekutinovom kanále na zabránenie bakteriálnej kontaminácie roztoku	Áno
6. Luer Lock konektor	Áno
6. Bez latexu, PVC, bez DEHP	Áno
6. Sterilne jednotlivo balený	Áno
6. Balenie 50ks	Áno
7. Tesnenie piestu s prírodného kaučuku	Áno
7. Cylinder a piest z polypropylénu	Áno
7. Bezpečnostná zarážka piestu	Áno
7. Nezmývateľná stupnica značená po 1ml	Áno
7. Určené pre použitie s Perfusor Space, Perfusor Compact, Perfusor Compact S	Áno
7. Bez PVC	Áno
7. Sterilne jednotlivo balené	Áno

7. Balenie 100ks	Áno
8. Materiál kanyly PUR (polyuretán)	Áno
8.Fixačné krídielka s otvormi na fixáciu	Áno
8. Transparentná krvná komôrka s hydrofóbnou membránou	Áno
8. Bez obsahu Latexu, DEHP, PVC	Áno
8. Sterilne jednotlivo balené	Áno
Balenie 50ks	Áno
Rozpis položiek pre jednu dodávku	
POLOŽKA č. 1. Infúzna súprava na gravitačné a tlakové podávanie bez obsahu DEHP 150cm	12000 ks
POLOŽKA č. 2. Infúzna súprava s otočným regulátorom s prednastavenými prietokmi na presné podávanie roztokov a liečiv bez obsahu DEHP 150cm	200 ks
POLOŽKA č.3 Infúzna súprava bez DEHP pre použitie s infúznou technikou 250cm	200 ks
POLOŽKA č.4 Bezihlový vstup	3000 ks
POLOŽKA č. 5 Aspiračný trň zelený	500 ks
POLOŽKA č.6 Aspiračný trň s bezihlovým vstupom zelený	100 ks
POLOŽKA č. 7 50ml striekačka pre použitie s infúznou technikou	400 ks
POLOŽKA č.8 Intravenózna kanyla bez portu žltá	100 ks

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Trnava
Ulica a číslo: A.Žarnova 11

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy:

13.5.2015 11:24:00

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: balík
Množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 019,00 EUR
- 4.1 Sadzba DPH: 20,00
- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 222,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
- Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 4.5.2015 12:00:01

Objednávateľ:

Fakultná nemocnica Trnava

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

B.Braun Medical s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska